

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP
RIBEIRÃO GRANDE-SP**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
Processo Administrativo Nº 5263/2019
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE ANTONIO MANOEL
Data de Publicação: 15/12/2020 15:44:30

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/12/2020 10:31:42 ESCLARECIMENTO REQUERIDO LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME (24.980.102/0001-89)

Senhores, bom dia! No item cabo de ECG qual seria a marca e modelo de equipamento?

21/12/2020 13:44:14 ESCLARECIMENTO REQUERIDO GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA DESCRITIVO TÉCNICO: Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 15.0 MHz com FOV de 180°.

Para que possamos participar precisamos que seja alterado para:

Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 10.0 MHz com FOV de 168°. PRAZO DE ENTREGA: Solicitamos alteração para 60 (sessenta) dias. Pela análise do edital percebe-se que tal prazo não se mostra factível de cumprimento, diante desta situação de Pandemia do COVID 19. Conforme se denota do descritivo técnico do Equipamento, este contém diversas peculiaridades. Por conta disto, as empresas não o fabricam para mantê-los em estoque já que, além de gerar custos, inexistiria a previsibilidade de saída/venda (assim, pouco interessante no aspecto comercial). É bastante difícil que alguma empresa consiga viabilizar a entrega de todos equipamento no prazo de 30 dias contados do pedido. Vislumbrando um aspecto prático mais realista, gostaríamos que o prazo de entrega do edital fosse alterado para 60 (sessenta) dias.

23/12/2020 10:19:08 CADASTRO DE PROPOSTA DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS

23/12/2020 11:26:53 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS

23/12/2020 11:39:13 CADASTRO DE PROPOSTA ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES

23/12/2020 13:42:37 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES

28/12/2020 10:10:13 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

É vedado o direcionamento de marca e modelo de qualquer tipo de bem a ser adquirido pela Administração pública, sendo aceito qualquer equipamento que atenda as especificações mínimas contidas no edital.

28/12/2020 10:27:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia, informo que as 10:30 será iniciado a fase de recebimento de lances para o objeto dessa licitação, gentileza se prepararem para apresentação dos lances.

28/12/2020 10:52:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Agradeço aos participantes, será analisado os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor oferta, retornarei para avanço da fase amanhã as 09h

LOTE 1 - ADJUDICADO
Aquisição de Ultrasson diagnóstico sem transesofágica

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP
RIBEIRÃO GRANDE-SP**

Item: 1 **Unidade:** UN **Marca:** MEDPEJ **Modelo:** US - 8107 - MF

Descrição: Ultrassom diagnostico sem aplicação transesofágica: Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo M anatômico. Modo power Doppler, modo color doppler, modo doppler espectral e doppler contínuo, modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Ajuste de altura e lateralidade do console. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruídos e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal ? possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual ? Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de imagem elastografia. Software de análise automática em tempo real de curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 19 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de no mínimo 1.000 (mil) frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga, HD interno de no mínimo 500 GB, mínimo 06 (seis) portas USB, mínimo 04 (quatro) portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D, Conectividade de rede DICOM, DICOM 3.0 (Média Storage, Vertication, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query ? Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive, impressão direta, mínimo

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 144.400,00 **Valor Total:** 144.400,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	016	35.072.521/0001-39	156.400,00	144.400,00	Sim
2 DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE	082	05.375.249/0001-03	156.500,00	144.500,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

15/12/2020 15:44:29	PUBLICADO				
15/12/2020 15:45:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
28/12/2020 10:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
28/12/2020 10:30:16	DISPUTA				
28/12/2020 10:30:16	LANCE	DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS			156.500,00
28/12/2020 10:30:16	LANCE	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES			156.400,00
28/12/2020 10:31:55	LANCE	DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS			156.200,00
28/12/2020 10:33:16	LANCE	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES			156.000,00
28/12/2020 10:33:29	LANCE	DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS			155.750,00
28/12/2020 10:37:04	LANCE	DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS			155.000,00
28/12/2020 10:37:07	LANCE	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES			155.500,00
28/12/2020 10:37:25	LANCE	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES			154.500,00
28/12/2020 10:38:34	LANCE	DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS			154.000,00
28/12/2020 10:38:34	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
28/12/2020 10:39:43	LANCE	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES			153.500,00
28/12/2020 10:40:27	LANCE	DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS			150.000,00
28/12/2020 10:41:29	LANCE	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES			149.500,00
28/12/2020 10:42:07	LANCE	DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS			144.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP
RIBEIRÃO GRANDE-SP**

28/12/2020 10:44:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 016 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

28/12/2020 10:44:08 DESEMPATE

28/12/2020 10:46:47 LANCE ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES **144.400,00**

28/12/2020 10:49:08 HABILITAÇÃO

28/12/2020 10:49:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES

29/12/2020 09:06:52 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

29/12/2020 09:21:53 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2020 09:26:56 ADJUDICADO

PREGOEIRO: JOSE ANTONIO MANOEL

APOIO RENATA ELIS DE CAMARGO

APOIO EDSON AIRTON DO NASCIMENTO